

ClosureRFS™

Радиочастотная абляция вен (РЧА)
Стилет

**ПРИЦЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ПЕРФОРАНТОВ**



Стилет ClosureRFS разработан для радиочастотной абляции несостоятельных перфорантных вен – дает Вам **больше возможностей** для лечения спектра проявлений хронической венозной недостаточности (ХВН).

Эффективное лечение для лучших результатов

- Американский Эндовенозный Форум рекомендует проводить лечение несостоятельных перфорантных вен у пациентов с запущенным заболеванием вен для улучшения венозной гемодинамики и клинических результатов.¹
- Исследования показали, что лечение хронической венозной недостаточности одновременно поверхностных и перфорантных вен может способствовать более быстрому заживлению трофических язв и снижению частоты их повторного возникновения по сравнению с использованием только компрессионной терапии.^{2,3}

Свойства

- Пункционный доступ в вену для малоинвазивной эндовенозной абляции.
- Контролируемая температура разогрева стенки вены.
- Уникальный дизайн позволяет проводить эндовасальный доступ под УЗИ контролем.

Стилет ClosureRFS – **единственное устройство для эндовенозной радиочастотной абляции показанный для лечения несостоятельных перфорантных вен.**

Параметры лечения

	Тест в физ. растворе (при комнатной темп.)	Тест в сосуде до лечения	Лечение
Температура	-20°C	33°C до 39°C (температура тела)	85°C
Импеданс	-80 до 130Ω	200-400Ω	<350Ω

Важные показатели импеданса во время процедуры:

- Импеданс >400Ω показывает экстравазальное положение одного или обоих электродов.
- Импеданс при тестировании менее 200Ω – удостоверьтесь, что электрод не в системе глубоких вен.
- Обычно импеданс падает более чем на 50Ω по сравнению с уровнем до подачи радиочастотной энергии.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ по каталогу	Описание	Размер	Рабочая длина	Совместимый проводник
RFS2-6-12-TBD	Стилет ClosureRFS	6F	12 см	0.035"

Совместим с радиочастотным генератором ClosureRFG™.

ЛИТЕРАТУРА:

¹ Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC, и соавт. The Care of Patients with Varicose Veins and Associated Chronic Diseases: Clinical Practice Guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg. 2011 Май; 53(5):2S-48S. ² Harlan-Locke M, Lawrence PF, Alktaifi A, и соавт. The Impact of Ablation of Incompetent Superficial and Perforator Veins on Ulcer Healing Rates. J Vasc Surg. 2012 Февр.; 55(2):458-464. ³ Lawrence PF, Alktaifi A, Rigberg D, и соавт. Endovenous Ablation of Incompetent Perforating Veins Is Effective Treatment for Recalcitrant Venous Ulcers. J Vasc Surg. 2011 Сент.; 54(3):737-742.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показания, противопоказания, предупреждения и инструкцию см. в инструкции пользователя, прилагаемой к каждому устройству.

ClosureFast.ru | varikosa.net

© 2016 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, Medtronic с логотипом и Further, Together являются торговыми знаками компании Medtronic. Все другие знаки являются торговыми знаками Medtronic.

Medtronic
Further, Together